

Mascherina chirurgica



Mascherina chirurgica di classe I tipo IIR non sterile.

Specifiche

- Materiale bio-compatibile
- Monouso
- Clip nasale in metallo per adattarla alla forma del viso
- Taglia unica grazie alle bande elastiche
- Barriera contro particelle solide e liquide
- filtraggio a 3 strati (BFE \geq 98%): TNT e filtro in Polipropilene
- Colori: Blu e bianco
- Struttura senza cuciture
- Misura: 175x95 mm
- Istruzioni in italiano

Certificazioni

- Dispositivo Medico marcato CE ai sensi del Regolamento 2017/745/EU MDR
- Dispositivo medico di Classe I ai sensi della Regola I (Annex VIII MDR regolamento 2017/745/EU)
- UMDNS Code: 12447
- Fabbricante: Wanxinda (Guangzhou)Technology Product Co.,Ltd.
- Mandatario: Lotus NL B.V. Netherlands
- Dispositivo testato in accordo alla norma EN 14683:2019 e EN ISO 10993-5:2009

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO					
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM	ISCRITTO AL REPERTORIO	CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE/ASSEMBLATORE	NOME COMMERCIALE E MODELLO	CND
Dispositivo	1966474	N	WXDK20001	POPME PM001WH	T020601 - MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD

		FABBRICANTE/ASSEMBLATORE					
CLASSE CE	DATA PRIMA PUBBLICAZIONE	DATA FINE IMMISSIONE IN COMMERCIO	RUOLO AZIENDA	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA/VAT NUMBER	NAZIONE
I - Classe I non sterile e senza funzioni di misura	20/06/2020		FABBRICANTE	WANXINDA (GUANGZHOU) TECHNOLOGY PRODUCT CO., LTD			CN
			MANDATARIO	LOTUS NL. B.V.		859069345801	NL

Fonte:

<http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/>

Nel campo di ricerca "Identificativo di registrazione attribuito dal Sistema BD/RDM" inserire il codice: 1966474